

株式会社アイル・クリーンテック 御中

〒369-1223
 埼玉県大里郡寄居町三ヶ山328
 Tel.048-577-0605 Fax.048-577-0607

株式会社食環境衛生研究所
 〒379-2107
 群馬県前橋市荒口町561-21
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
 登録衛生検査所 第41号
 計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: 12010618
 受付日: 2012年1月6日
 報告日: 2012年1月7日
 検体名: 堆肥「めばえ13mm」1/1出庫分
 採取日: 2012年1月1日
 測定日: 2012年1月6日
 備考: 埼玉県 特肥第778号

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

| 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 暫定規制値 | 検出限界* | 検査方法 |
|-----------------------------|------|-------|---------------------|-------|---|
| ^{131}I (ヨウ素131) | 検出せず | Bq/kg | - | 10未満 | 計測器・検出器: Ludlum社製 Model2200 シングルチャンネルアナライザー及び Model44-11 NaIシンチレーション検出器 測定方法: 緊急時における食品の放射能測定マニュアルを参考とした |
| ^{134}Cs (セシウム134) | 検出せず | Bq/kg | 400 (134と137の合計) | 20未満 | |
| ^{137}Cs (セシウム137) | 15 | Bq/kg | | 10未満 | |
| | | | | | |

暫定規制値は右記食品種で記載: 肥料・土改材・培土
 *測定できる下限値の範囲

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本